

| 医療機器名 | 装置名 | メーカー | 点検・校正 | | | |
|-------------------|---|---------------|--|----------------------|---|------------|
| | | | 方法 | 頻度 | 記録の有無 | 閲覧の可否 |
| 体温計 | テルモ電子体温計C207 | TERUMO | 保証期間内で交換 | 1回/年 | — | — |
| 血圧計 | テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55) 2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 (型式ES-H56) | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| 外来 血圧計 | 電子血圧計 UM-101Bシリーズ | エー・アンド・デイ | 業者が実施 | 必要に応じて | 有 | 可 |
| 全自動患者用 血圧計 | 全自動血圧計(診之助) | エー・アンド・デイ | 業者が実施 院内ME室で管理 | 1回/2年 | 有 | 可 |
| ベッドサイド 体重計 | AD-6121A | エー・アンド・デイ | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | — |
| 外来 体重計 | — | — | 浜松市のはかり検査 | 1回/2年 | 体重計に シール貼付 | — |
| 身長計 | — | — | 実施していない | — | — | — |
| 心電計 | ECG2550 | 日本光電 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| エコー | EPIQ7 | フィリップス | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| | VividE95(AU85303/AU8 5267) | GE | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| 呼吸機能検査機器 | DISCOM-21FXⅢ (193527) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| DLCO | GESTAC-8900(890784) | チェスト株式会社 | ISO 15189認定取得 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| パルスオキシメーター | オニックスVantage | 村中医療器(株) | 業者が実施 院内ME室で管理 | — | — | — |
| X線単純撮影装置 | RADspeed Pro | 島津製作所 | 業者が実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| CT | SOMATOM Definition Flash | SIEMENS | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可 |
| | Revolution CT | GE | 業者が実施 | 3~4回/年 | 有 | 可 |
| | Revolution EVO | GE | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可 |
| MRI | 1.5 SIGNA EXPLORER | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可 |
| | MR7700 | PHILIPS | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可 |
| | Discovery MR750w 3.0T | GE | 業者が実施 | 4回/年 | 有 | 可 |
| 骨スキャン | Symbia E | TOSHIBA | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可 |
| 核医学検査シンチ | Symbia Intevo6 | SIEMENS | 業者が実施 | 2回/年 | 有 | 可 |
| PET-CT | Biograph 16True Point | シーメンス・ジャパン(株) | 業者が実施 | 3回/年 | 有 | 可 |
| 輸液ポンプ | — | TERUMO | 院内ME室が実施 | 1回/4カ月 | 有 | 可 |
| 遠心分離機 | 5910、5911 CF10RX2※高Gの場合 | KUBOTA 日立 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| 冷却遠心分離機 | 5910、2800 CF16RX | KUBOTA 日立 | ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施 | 1回/年 | 有 | 可 |
| 検査部 超冷凍庫(-80℃) | MDF- DU702VHS1 | PHC | 業者による点検なし 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認 | 無 | 無 温度記録あり | 無 温度記録可 |
| 検査部 冷凍庫(-30℃) | MDF- MU339H-PJ | PHC | 業者による点検なし 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録 | 無 温度計検定実施 1回/年 | 無 標準温度計を用いて温度確認 し校正記録として取ってある 温度記録あり | 無 温度記録可 |
| 検査部 冷蔵庫 | MPR-S5500H-PJ | PHC | 業者による点検なし 温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録 | 無 温度計検定実施 1回/年 | 無 標準温度計を用いて温度確認 し校正記録として取ってある 温度記録あり | 無 温度記録可 |
| 薬剤部 治験薬保管冷蔵庫 | MPR-1014 MPR-414FS-P | PHC | 業者による点検なし 温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録 | 無 保証期間内で交換 | 無 温度記録あり | 無 温度記録可 |