

医療機器名	装置名	メーカー	点検・校正				
			方法	頻度	直近実施日	記録の有無	閲覧の可否
体温計	テルモ電子体温計C207	TERUMO	保証期間内で交換	1回/年	2024/4/10交換	—	—
血圧計	テルモエレマーノ テルモ電子血圧計H55 (型式 ES-H55)	TERUMO	院内ME室が実施	1回/年	2024/4/12	有	可
	2018年購入 テルモエレマーノ2 テルモ電子血圧計H56 (型式ES-H56)						
外来 血圧計	電子血圧計 UM-101Bシリーズ	エー・アンド・デイ	業者が実施	必要に応じて	-	有	可
全自動患者用 血圧計	全自動血圧計(診之助)	エー・アンド・デイ	業者が実施 院内ME室で管理	1回/2年	各々	有	可
ベッドサイド 体重計	AD-6121A	エー・アンド・デイ	浜松市のはかり検査	1回/2年	2024/4/16	体重計に シール貼付	—
外来 体重計	—	—	浜松市のはかり検査	1回/2年	2024/4/16	体重計に シール貼付	—
身長計	—	—	実施していない	—	-	—	—
心電計	ECG2550	日本光電	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	2024/3/22	有	可
エコー	EPIQ7	フィリップス	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	2024/3/7	有	可
	VividE95(AU85303/AU8 5267)	GE	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	2024/3/22	有	可
呼吸機能検査機器	DISCOM-21FXⅢ (193527)	チェスト株式会社	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	2024/6/25	有	可
DLCO	GESTAC-8900(890784)	チェスト株式会社	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	2024/5/15	有	可
パルスオキシメーター	オニックスVantage パルスフロー マシモ SETフィンガーパルスオキ シメーターマイティセット	村中医療器(株)	業者が実施 院内ME室で管理	不具合事象発生時	-	—	—
X線単純撮影装置	RAD speed Pro	島津製作所	業者が実施	1回/年	2024/1/25	有	可
CT	SOMATOM Definition Flash	SIEMENS	業者が実施	1回/年以上	2024/3/5	有	可
	Revolution CT	GE	業者が実施	1回/年以上	2024/3/13	有	可
	Revolution EVO	GE	業者が実施	1回/年以上	2024/6/13	有	可
MRI	1.5 SIGNA EXPLORER	GE	業者が実施	1回/年以上	2024/7/19	有	可
	MR7700	PHILIPS	業者が実施	1回/年以上	2024/6/14	有	可
	Discovery MR750w 3.0T	GE	業者が実施	1回/年以上	2024/5/17	有	可
骨スキャン	Symbia Evo	SIEMENS	業者が実施	1回/年以上	2024/7/22	有	可
核医学検査シンチ	Symbia Intevo6	SIEMENS	業者が実施	1回/年以上	2024/5/27	有	可
PET-CT	Biograph 16True Point	シーメンス・ジャパン(株)	業者が実施	1回/年以上	-	有	可
輸液ポンプ	—	TERUMO	院内ME室が実施	1回/4カ月	-	有	可
遠心分離機	ST-5004M ST- 722M	KUBOTA	ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施	1回/年	2024/3/28	有	可
冷却遠心分離機	AX-511 S500FR	トミー精工 KUBOTA	ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施	1回/年	2024/3/13 2024/3/28	有	可
検査部 超冷凍庫(-80℃)	MDF- DU702VHS1	PHC	業者による点検なし	無	—	無	無
			内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認	—	-	温度記録あり	温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃)	MDF- MU339H-PJ	PHC	業者による点検なし	無	—	無	無
			温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録	温度計検定実施 1回/年	2024/3/25	標準温度計を用いて温度確認 し校正記録として取ってある 温度記録あり	温度記録可
検査部 冷蔵庫	MPR-S5500H-PJ	PHC	業者による点検なし	無	—	無	無
			温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録	温度計検定実施 1回/年	2024/3/25	標準温度計を用いて温度確認 し校正記録として取ってある 温度記録あり	温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫	MPR-414FS-PJ MPR-1014・MPR-N170	Panasonic pHcbi	業者による点検なし	無	—	無	無
			温度計(ロガー) 毎営業日最低と最高温度を目視で確 認し記録	保証期間内で交換	校正保証期限 2025/6/13	温度記録あり	温度記録可